



Registre SCS

Numéro d'accréditation : SCS 0126

Norme internationale : ISO/IEC 17025:2017

Norme suisse : SN EN ISO/IEC 17025:2018

Azurea Jauge SA
Rue du Noveleu 15
2744 Belprahon

Responsable : Amine Noussairi
Responsable SM : Charlène Bartoli
Téléphone : +41 32 493 32 11
E-Mail : jauge@azurea.ch
Internet : www.azurea.ch
Première accréditation : 26.10.2012
Accréditation actuelle : 26.10.2022 au 25.10.2027
Registre voir : www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès 15.01.2026

Laboratoire d'étalonnage pour les longueurs et grandeurs dimensionnelles 2 D

Capacités d'étalonnage et de mesure (CMC)

Grandeur de mesure / Objet à étalonner	Etendue de mesure	Conditions de mesure	Meilleure incertitude de mesure \pm ¹⁾	Remarques
Longueur	Mesure extérieure			
Jauge tampons	0,05 mm ... 20 mm 20,001 mm...50 mm		0,30 µm 0,50 µm	<i>L</i> in m / <i>L</i> en m
Circularité	Extérieur			
Jauge tampons	0,50 mm ... 20 mm		0,10 µm	

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version française fait foi.

* / * / * / * / *